

## Medical Devices Safety Notice

The National Health Regulatory Authority would like to alert all governmental and private healthcare facilities, local agents and distributors that the below medical device:

Device Details	
Device Name	Examination Gloves
Lot No.	All
Manufacturer	Lotus
Country of Origin	P.C.R
Reference	NHRA
Device picture	
Reason of Recall	NHRA initiates this FSN due to the material used in the above-mentioned gloves is being used before which may affect the sterility of the gloves.
Action taken	Please stop using the defected gloves and contact the manufacturer <b>Season international trading &amp; industries</b> at <a href="tel:17704647">1770 4647</a> to take the necessary action for return.

Your cooperation is highly appreciated in improving health services in the Kingdom of Bahrain.

For more information please contact [Medical\\_Devices@nhra.bh](mailto:Medical_Devices@nhra.bh)

## تحذير سلامة للأجهزة و المستلزمات الطبية

تود الهيئة الوطنية لتنظيم المهن و الخدمات الصحية تنبيه جميع المرافق الصحية الحكومية والخاصة و الممثلين المعتمدين والموزعين بخصوص سحب الجهاز الطبي أدناه:

تفاصيل الجهاز	
قفازات طبية	اسم الجهاز
جميعها	رقم التشغيل
لوتس (Lotus)	المصنع
جمهورية الصين الشعبية	بلد النشأ
	صورة الجهاز
تم اصدار تحذير سلامة بخصوص القفازات الطبية المذكورة اعلاه لكون القفازات مستخدمة مسبقا مما يؤثر على تعقيم المنتج (ملوث) و يجعله غير صالح للاستخدام.	
يجب وقف استخدام المنتج المذكور اعلاه و التواصل مع المستورد لاتخاذ الاجراءات اللازمة لسحب المنتج.	
سبب السحب	
اللاجراء الواجب اتخاذه	

تعاونكم يساهم في تحسين الخدمات الصحية في مملكة البحرين.

لمزيد من المعلومات يرجى التواصل على البريد الالكتروني [Medical Devices@nhra.bh](mailto:Medical Devices@nhra.bh)