


## Medical Devices Safety Notice

The National Health Regulatory Authority would like to alert all governmental and private healthcare facilities, local agents and distributors that the below medical device:

Device Details	
<b>Device Name</b>	New NB Naturally Bold Hand Sanitizer Gel
<b>Lot/Batch No.</b>	All
<b>Manufacturer</b>	My Perfume (MPF)
<b>Country of Origin</b>	UAE
<b>Device picture</b>	
<b>Reason of Recall</b>	NHRA initiates this FSN due to the use of benzalkonium chloride and triethanolamine in the ingredients and contents of the above-mentioned hand sanitizing gel which can cause serious side effects when absorbed by the skin such as swelling, itching, redness, allergic reactions and skin ulcerations.
<b>Action should be taken</b>	Please stop using the above-mentioned hand sanitizing gel and contact the manufacturer to take the necessary action for return.

**Your cooperation is highly appreciated in improving health services in the Kingdom of Bahrain.**

For more information please contact [Medical\\_Devices@nhra.bh](mailto:Medical_Devices@nhra.bh)

## تحذير سلامة للأجهزة و المستلزمات الطبية

تود الهيئة الوطنية لتنظيم المهن و الخدمات الصحية تنبيه جميع المرافق الصحية الحكومية والخاصة و الممثلين المعتمدين والموزعين بخصوص سحب الجهاز الطبي أدناه:

تفاصيل الجهاز	
اسم الجهاز	نيو إن بي جل معقم لليدين
رقم التشغيل	جميعها
المصنع	ماي برفيومس (My Perfumes)
بلد النشأ	الإمارات العربية المتحدة
صورة الجهاز	
سبب السحب	تم اصدار تحذير سلامة للمنتج المذكور اعلاه بسبب احتوائه على مادتي كلوريد البنزالكونيوم ( benzalkonium chloride ) وثلاثي ايثانولامين (triethanolamine) الذين يتسببون في حدوث اثار جانبية خطيرة على الجلد منها التورم ، الحكة ، الاحمرار ، الحساسية والتقرحات الجلدية.
الاجراء الواجب اتخاذه	يجب وقف استخدام المنتج المذكور اعلاه و التواصل مع المستورد لاتخاذ الاجراءات اللازمة لسحب المنتج.

تعاونك يساهم في تحسين الخدمات الصحية في مملكة البحرين.

لمزيد من المعلومات يرجى التواصل على البريد الالكتروني [Medical Devices@nhra.bh](mailto:Medical Devices@nhra.bh)